



Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
ul. Niedurnego 50 d
41-709 Ruda Śląska
Tel. (32) 340 35 20

Do: Wszyscy Oferenci

Dot. zapytania o cenę w postępowaniu:

„Dostawa do Zamawiającego i uruchomienie fabrycznie nowego komputera do stacji opisowej RTG i mammografii wraz z medyczną kartą graficzną do współpracy z monitorami diagnostycznymi oraz instalacja i aktualizacja oprogramowania eFilm na dostarczonym komputerze stacji diagnostycznej”.

Pytanie nr 1 - Prosimy o podanie nazwy oraz modelu monitorów diagnostycznych, do których wymagana jest medyczna karta graficzna.

Odpowiedź na pytanie nr1:

Monitory BARCO model MDNG-2121

Pytanie nr 2 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga instalacji nowego oprogramowania eFilm, czy przeniesienia posiadanej przez Zamawiającego licencji?

Odpowiedź na pytanie nr2:

Zamawiający wymaga instalacji oraz aktualizacji oprogramowania eFilm w najnowszej wersji zintegrowanej z oprogramowaniem PACS, o którym mowa poniżej. Zamawiający dopuszcza instalację jednej pływającej licencji oprogramowania diagnostycznego certyfikowanego min. w klasie IIa, zintegrowanego z systemem PACS, zainstalowaną na serwerze PACS, które umożliwia dostęp do obrazów diagnostycznych z komputera stacji diagnostycznej będącego przedmiotem postępowania, a także z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi zapewniać narzędzia diagnostyczne i pomiarowe dedykowane do rentgenodiagnostyki, min: pomiary liniowe, kąty, kąty Cobba, pole powierzchni, powiększenie, lupa, obrót, zmiana jasności i kontrastu, itd.

Pytanie nr 3 – Prosimy o podanie producenta oprogramowania PACS, z którym ma być zintegrowana zamawiana stacja diagnostyczna.

Odpowiedź na pytanie nr3:

IT4KAN Sp. z o. o.

KIEROWNIK
PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rudzie Śląskiej 41-709 Niedurnego 50d
mgr Urszula [signature]

26 KWI. 2019