



Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
ul. Niedurnego 50 d
41-709 Ruda Śląska
Tel. (32) 340 35 20

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Podciśnieniowy system elektrod EKG do aparatu EKG ELI280

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.	Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.)	TAK, podać	
2.	Okres gwarancji (minimum 24 miesiące)	TAK, podać	
3.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniające do wymiany sprzętu na nowy	TAK, podać	
4.	System EKG kompatybilny z posiadanym aparatem EKG ELI280	TAK, podać	
5.	Posiadane certyfikaty oferowanego sprzętu	TAK, załączyć	
6.	Długość przewodów 1,3m	TAK, załączyć	

Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów skutkuje wykluczeniem oferty.

.....
/podpisy i imienne pieczętki
osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta/