



Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
ul. Niedurnego 50 d
41-709 Ruda Śląska
Tel. (32) 340 35 20

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Robot do nagrywania płyt CD/DVD

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr Oferowany
1.	Producent (podać)	tak	
2.	Nazwa i typ (podać)	tak	
3.	Szybkość publikowania CD-R deklarowana przez producenta (nagrywanie i drukowanie)	Min.30 nośników CD-R/na godzinę	
4.	Szybkość publikowania DVD deklarowana przez producenta (nagrywanie i drukowanie)	Min.15 nośników DVD/na godzinę	
5.	Liczba pojemników wejściowych	2	
6.	Liczba pojemników wyjściowych	1	
7.	Pojemność pojemników wejściowych	100	
8.	Pojemność pojemników wyjściowych	50	
9.	Rozdzielczość drukowania	1440x1440 dpi	
10.	Liczba pojemników z tuszem	6	
11.	Liczba napędów CD	2	
12.	Waga	Nie więcej niż 24 kg	
13.	Komunikacja	USB 3.0	
14.	Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji badań obrazowych PACS umożliwiającą poprawny nadruk danych pacjenta na płycie w badaniu	Tak	
15.	Gwarancja	24 miesiące	

Cena jednostkowa brutto:.....

Wartość brutto:

.....
/podpisy i imienne pieczętki
osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta/